

6° χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200
Fax : 2310 470297

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ση / Τμήμα: Συμβάσεων / Τμήμα Έργων-Προμηθειών
Αρμόδιος : Π. Μεντζή

Αρ. Πρωτ.: **A370691**

Κωδ. Εγγρ.: P90/000B/5328/401/ΜΘ/19965/εμπ

ΠΡΟΣ : Όλες τις Εταιρείες που πήραν τεύχη για την Ανοικτή διαδικασία του θέματος (Ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «**Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του εργαστηρίου της "Εγνατία Οδός Α.Ε."** στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (Κωδικός Αναφοράς 5328)

ΣΧΕΤΙΚΑ : Το υπ' αριθμ. A370486/02.05.2014 έγγραφο υποβολής ερωτήσεων

E1 : Στο είδος 1 πρέπει να διασαφηνιστεί ότι στο πρότυπο EN 12697-26 επιθυμείτε συμφωνία και με τα 5 Annex (A,B,C,D,E).

A1 : Και με τα πέντε Annex.

E2 : Στο είδος 1 αναφέρεστε σε δοκιμή δυσκαμψίας-κόπωσης, αναφέρετε όμως μόνο το Ευρωπαϊκό πρότυπο της δυσκαμψίας (EN 12697-26) και όχι αυτό της κόπωσης (EN 12697-24).

A2 : Ισχύουν και τα δύο πρότυπα (EN 12697-26 και EN 12697-24)

E3 : Στη δοκιμή Proctor (είδος 12.1) δεν αναφέρετε αν χρειάζεστε μήτρες και σφύρες για συμφωνία με τα πρότυπα ASTM.

A3 : Οι απαιτήσεις αφορούν στο πρότυπο EN.

E4 : Στα κόσκινα (είδος 12.3), σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO3310-1 & ISO3310-2 το άνοιγμα βρογχίδος άνω των 4MM αντιστοιχεί σε διάτρητη πλάκα και όχι σε πλέγμα.

A4 : Ισχύει ότι συνάδει με το προδιαγραφόμενο standard που αναφέρεται στο τεύχος «Αντικείμενο Προμήθειας»

E5 : Στη συσκευή Vialit (είδος 10) παρακαλώ διασαφηνίστε μας αν χρειάζεστε το πρότυπο EN 12272- 1 ή EN 12272-3, διότι το πρότυπο 12272-3 είναι αυτό που αντιστοιχεί στη συσκευή Vialit.

A5 : Ισχύει το πρότυπο EN 12272-3. Έγινε η σχετική διόρθωση και στο Τεύχος «Αντικείμενο Προμήθειας» με το υπ αριθμ. A370690/07.05.2014 έγγραφο της ΕΟΑΕ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΟΑΕ, στην περιοχή ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

E6 : Στη συσκευή ισοδύναμου άμμου θέλετε και μεταλλικό χωνί ώστε η συσκευή να είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN 933-8;

A6 : Ισχύει το EN 933-8

Κ:\Promithies\ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΟΑΕ_5328_2014\QA\19965_Q_A_5328.DOC
Έντυπο Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΔΠ-103/1/α.



6° χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200
Fax : 2310 470297

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ση / Τμήμα: Συμβάσεων / Τμήμα Έργων-Προμηθειών
Αρμόδιος : Π. Μεντίζη

Αρ. Πρωτ.: **A370691**


Κωδ. Εγγρ.: P90/000B/5328/401/ΜΘ/19965/εμπ

E7 : Στο είδος 4 (Roller Compactor) πρέπει να διασαφηνίσετε τις διαστάσεις των μητρών που επιθυμείτε, ομοίως και για τις μήτρες του Gyrotory Compactor.

A7 : Για τη συσκευή Gyrotory Compactor απαιτείται μία εκ των τριών μητρών που προδιαγράφονται στο πρότυπο και έχουν διαστάσεις 150/160/100mm
Για τη συσκευή Roller Compactor ό,τι απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 5.2 της προδιαγραφής EN 12697-33

E8 : Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι όσο αφορά την υποβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών των μηχανημάτων επαρκούν τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστριών εταιριών.

A8 : Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας περιγράφονται σαφώς στην παρ. 21.1.3 της του Τεύχους της Διακήρυξης (δήλωση και φύλλο συμμόρφωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα).



Μιχαήλ Δώδος
Προϊστάμενος Τομέα
Έργων & Ανάπτυξης

Εσωτερική Διανομή

1. Τομέα Έργων & Ανάπτυξης
2. Δ/ση Ε.Ε. Ανατ. Τομέα