

ΠΡΟΣ : Όλες τις Εταιρείες που πήραν τεύχη για την Ανοικτή διαδικασία του θέματος (Ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις-Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Σύμβασης με τίτλο: «**Προμήθεια υπηρεσιών για την υλοποίηση ετήσιων μετρήσεων και αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη "ποιότητα των υδάτων" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων- Κωδικός Αναφοράς 5322**»

ΣΧΕΤΙΚΑ : Το υπ' αριθμ. A368091/10.03.2014 έγγραφο υποβολής ερωτήσεων

E₁: Να διευκρινιστεί αν οι υπεύθυνες δηλώσεις χρειάζεται να φέρουν επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής, καθώς και την ημερομηνία της ΥΔ.

A₁: Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζεται να φέρουν επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής. Η ημερομηνία κάθε υπεύθυνης δήλωσης είναι η ημερομηνία υπογραφής της.

Άρθρο 16 της Διακήρυξης

E₂: Να διευκρινιστεί αν γίνεται δεκτή εγγυητική επιστολή συμμετοχής από το ΤΣΜΕΔΕ (σχετικό άρθρο 16.1 της Διακήρυξης).

A₂: *Ναι.*

Άρθρο 21 της Διακήρυξης

E₃: Να διευκρινιστεί αν στην παράγραφο 21.1.3 της Διακήρυξης εκ παραδρομής η αρίθμηση είναι (α), (β), (δ), παραλείποντας το γράμμα (γ).

A₃: *Η ορθή αρίθμηση είναι η (α), (β), (γ). Με το υπ' αριθμ. πρωτ. A368164/11.03.14 έγγραφο της ΕΟΑΕ έγινε σχετική διόρθωση στην παρ.21.1.3 της Διακήρυξης.*

Άρθρο 2 του Αντικειμένου Προμήθειας

E₄: Να διευκρινιστεί εάν στον εξοπλισμό, που θα χορηγηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιλαμβάνονται αυτόματοι δειγματολήπτες, εάν αυτοί είναι σύνθετου ή ολοκληρωμένου δείγματος και εάν είναι σε λειτουργική ετοιμότητα.

A₄: *Οι προδιαγραφές του υπόψη εξοπλισμού περιγράφονται στο path: [http://www.egnatia.eu/Files/Adverts/5321 diak.pdf](http://www.egnatia.eu/Files/Adverts/5321_diak.pdf). Η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθειά τους είναι σε εξέλιξη και θα είναι διαθέσιμοι το αμέσως επόμενο διάστημα.*

6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200
Fax : 2310 470297

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση / Τμήμα: Συμβάσεων / Τμήμα Μελετών-Υπηρεσιών
Αρμόδιος : Ν. Τσιρώνη

Αρ. Πρωτ.: **A368165**

Κωδ. Εγγρ.: P90/0000/5322/401/ΜΘ/19748/εμ

- Ε₅:** Να διευκρινιστεί ο τρόπος χρήσης των δύο (2) αυτόματων μόνιμων δειγματοληπτών που απαιτούνται με βάση τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 2.3 του τεύχους «Αντικείμενο Προμήθειας». Θα τοποθετηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του έργου σε δύο μόνιμες θέσεις ή θα μετακινούνται σε άνω των δύο σημείων δειγματοληψίας καθώς επίσης εάν υπάρχει πρόβλεψη προστασία τους και ποια είναι αυτή.
- Α₅:** *Οι αυτόματοι δειγματολήπτες δεν θα τοποθετηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του έργου σε δύο μόνιμες θέσεις, αλλά θα μετακινούνται σύμφωνα με το πλάνο δειγματοληψιών όπως αυτό θα οριστεί από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με τις υποδείξεις της. (παράγραφος 2.3 του Αντικειμένου Προμήθειας). Δεν υπάρχει πρόβλεψη προστασίας του εξοπλισμού του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή..*
- Ε₆:** Να διευκρινιστεί εάν ο τρόπος λήψης όλων των δειγμάτων θα πρέπει να γίνει ή όχι με την χρήση αυτόματων δειγματοληπτών.
- Α₆:** *Δεν είναι απαραίτητο το σύνολο της λήψης των δειγμάτων να πραγματοποιηθεί με τη χρήση αυτόματων δειγματοληπτών.*



Μαρία Θάνου
Δ/ντρια Συμβάσεων

Εσωτερική Διανομή

1. Τομέα Λειτουργίας Εκμετάλλευσης & Συντήρησης
2. Τομέας Έργων & Ανάπτυξης